



# 检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号: WT204006103

第 1 页, 共 4 页

委托单位 : 东莞市祥昱实业有限公司  
 委托单位地址 : 东莞市凤岗镇黄洞村田心路49号  
 样品名称 : 一次性使用医用口罩  
 型号/规格/等级: -----  
 检验类别 : 送样检验  
 检验地点 : 龙华实验基地



深圳市计量质量检测研究院  
(检验检测专用章)

批准人: 滕万红(副部长)

签发日期: 2020年02月28日

签名 :



# 检 验 报 告

报告编号: WT204006103

第 2 页, 共 4 页

**样品信息:**

样品名称: 一次性使用医用口罩  
 商标: -----  
 型号/规格/等级: -----  
 样品编/批号: -----  
 生产日期: -----  
 生产单位: 东莞市祥昱实业有限公司  
 生产单位地址: 东莞市凤岗镇黄洞村田心路49号  
 样品数量: 30个  
 抽样基数: -----  
 抽样地点: -----  
 抽样人员: -----  
 检前样品描述: 正常。

**客户信息:**

委托单位: 东莞市祥昱实业有限公司  
 委托单位地址: 东莞市凤岗镇黄洞村田心路49号  
 委托单位电话: 13480877207  
 邮政编码: -----  
 受检单位: -----

**检验信息:**

委托日期: 2020年02月26日  
 检验类别: 送样检验  
 检验日期: 2020年02月26日 至 2020年02月28日  
 检验环境条件: (18~25)℃ (30~70)%RH  
 判定依据: YY/T 0969-2013  
 检测依据: YY/T 0969-2013等相关方法标准见附页

委托单号: 7929912  
 获样方式: 送样

**检验结论:**

检验结果见附页。

主检: 林彬 林彬 审核: 杨珂 杨珂





# 检 验 报 告

报告编号: WT204006103

第 3 页, 共 4 页

检 验 项 目	方 法 标 准	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
1. 外观 (YY/T 0969-2013)	YY/T 0969-2013	4.1条规定	1#~3#符合	符合
2. 结构与尺寸 (YY/T 0969-2013)	YY/T 0969-2013			
1). 结构		口罩佩戴好后, 应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。	1#~3#符合	符合
2). 尺寸		应符合设计的尺寸, 最大偏差应不超过±5%。	实测 (cm) 1# 2# 3# 长度: 17.6 17.6 17.6 宽度: 9.3 9.2 9.3	—
3. 鼻夹 (YY/T 0969-2013)	YY/T 0969-2013			符合
4.3.1条		口罩上应配有鼻夹, 鼻夹由可塑性材料制成。	1#~3#符合	
4.3.2条		鼻夹长度应不小于8.0cm。	1#~3#符合	
4. 口罩带 (YY/T 0969-2013)	YY/T 0969-2013			符合
4.4.1条		口罩带应戴取方便	符合	
4.4.2条		每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N	1#~6#: 未出现口罩带从口罩体连接处脱落现象 (定负荷: 10N, 持续5s)	
5. 通气阻力(Pa/cm <sup>2</sup> ) (YY/T 0969-2013)	YY/T 0969-2013	≤49	1# 2# 3# 64.2 67.1 65.4	不符合





# 检验报告

报告编号: WT204006103

第 4 页, 共 4 页

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
6. 环氧乙烷残留量 ( $\mu\text{g/g}$ ) (YY/T 0969-2013)	GB/T14233.1-2008	$\leq 10$	未检出 (方法检出限: $5.0 \mu\text{g/g}$ )	符合


以下空白





# 检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号: WT204006650

第 1 页, 共 3 页

委托单位 : 东莞市祥昱实业有限公司  
 委托单位地址 : 东莞市凤岗镇黄洞村田心路49号  
 样品名称 : 一次性使用医用口罩  
 型号/规格/等级: -----  
 检验类别 : 送样检验  
 检验地点 : 龙华实验基地



深圳市计量质量检测研究院  
(检验检测专用章)

签发日期: 2020年02月28日

批准人: 滕万红(副部长)

签名 :

滕万红



# 检 验 报 告

报告编号: WT204006650

第 2 页, 共 3 页

**样品信息:**

样品名称: 一次性使用医用口罩  
 商标: -----  
 型号/规格/等级: -----  
 样品编/批号: -----  
 生产日期: -----  
 生产单位: 东莞市祥昱实业有限公司  
 生产单位地址: 东莞市凤岗镇黄洞村田心路49号  
 样品数量: 5个  
 抽样基数: -----  
 抽样地点: -----  
 抽样人员: -----  
 检前样品描述: 正常。

**客户信息:**

委托单位: 东莞市祥昱实业有限公司  
 委托单位地址: 东莞市凤岗镇黄洞村田心路49号  
 委托单位电话: 13480877207  
 邮政编码: -----  
 受检单位: -----

**检验信息:**

委托日期: 2020年02月28日  
 检验类别: 送样检验  
 检验日期: 2020年02月28日 至 2020年02月28日  
 检验环境条件: (18~25)℃ (30~70)%RH  
 判定依据: YY/T 0969-2013  
 检测依据: YY/T 0969-2013  
 委托单号: 6930312  
 获样方式: 送样

**检验结论:**

检验结果见附页。



主检: 林彬      林彬      审核: 杨珂      杨珂



# 检验报告

报告编号: WT204006650

第 3 页, 共 3 页

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
通气阻力 (Pa/cm <sup>2</sup> ) (YY/T 0969-2013)	YY/T 0969-2013	≤49	1# 20.8 2# 20.8 3# 20.6	符合

附注:

1. 样品由委托方本人提供, 我院不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责。
2. 产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准。

以下空白

